

## Miernik rezystancji izolacji 99999, RDC, UT593



### Informacje ogólne

Nazwa producenta	LECHPOL
ID produktu wg producenta	UT593

### Opis ETIM

Klasa	Miernik rezystancji izolacji (EC000499)
Grupa	Urządzenie pomiarowe i testowe (EG000044)
Wskaźnik	Cyfrowy
Analogowy wskaźnik słupkowy	Nie
Zasilanie	Bateria (akumulator)
Podświetlany wyświetlacz LCD	Tak
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji	0,05..1000 MΩ
Znamionowe napięcie testowe 100 V	Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V	Tak
Znamionowe napięcie testowe 500 V	Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V	Tak
Znamionowe napięcie testowe 2500 V	Nie
Znamionowe napięcie testowe 5000 V	Nie
Znamionowe napięcie testowe 10 kV	Nie
Znamionowe napięcie testowe 15 kV	Nie
Regulacja znamionowego napięcia testowego	Tak
Regulacja znamionowego napięcia testowego z funkcją rampy	Brak informacji
Pomiar małych rezystancji	Nie
Pomiar napięcia	Tak
Testowanie ograniczników przepięć	Nie
Pamięć wartości mierzonej	Tak